

KÚPNA ZMLUVA
na dodávku zdravotníckej techniky a služieb s tým spojených
č. 133 / 2019

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

1. Kupujúci:	Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.
So sídlom:	Koreszkova 7, 909 82 Skalica
IČO:	44 444 761
DIČ:	2022726926
IČ DPH:	SK2022726926
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK24 0200 0000 0027 6692 3254
Zastúpený:	MUDr. Ivan Uhliarik, predseda predstavenstva Ing. Ondrej Kadák, podpredseda predstavenstva
Zapísaný:	v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č.10510/T

(ďalej len „kupujúci“)

a

2. Predávajúci:	Ing. Miloš Ladický ELMED
So sídlom:	Jánošíkova 73, 921 01 Piešťany
IČO:	30 924 146
DIČ:	1020353367
IČ DPH:	SK1020353367
Bankové spojenie:	VUB Piešťany
IBAN:	SK3202000000000939847212
Zastúpený:	Ing. Miloš Ladický
Zapísaný:	v živnostenskom registri Okresného úradu Piešťany, č.živ.reg. 204-4077

(ďalej len „predávajúci“)

(predávajúci a kupujúci ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivito ako „zmluvná strana“)

Predávajúci je úspešný uchádzač v rámci zadávania nadlimitnej zákazky s názvom „Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 1“ uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ č. S077 zo dňa 18.04.2019 pod zn. 2019/S 077-183721 vo Vestníku verejného obstarávania č. 79/2019 dňa 23.04.2019 pod zn. 8406 - MSS, zadávanej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ČI. I.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu zdravotnícku techniku (ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „zdravotnícka technika“), ktorého špecifikácia je obsiahnutá v prílohe č. 1: Cenová a technická špecifikácia predmetu zmluvy a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy pre kupujúceho a záväzok kupujúceho prevziať predmet zmluvy a zaplatiť kúpnu cenu podľa článku II. tejto zmluvy.

2. Predmetom tejto zmluvy je i záväzok predávajúceho vykonať bezodplatne počas záručnej doby záručný servis a servisné prehliadky zdravotníckej techniky dodaného na základe tejto zmluvy podľa odporúčaní a pokynov výrobcu.
3. Predmetom tejto zmluvy je tiež poskytovanie služieb spojených s dodávkou zdravotníckej techniky, s kompletnou inštaláciou a sfunkčnením, vrátane zaškolenia obsluhy, odvozu a likvidácie obalového materiálu dodanej zdravotníckej techniky. Predmetom tejto zmluvy je aj vynesenie a vyloženie zdravotníckej techniky na miesto určené kupujúcim.
4. Dodávky budú realizované predávajúcim na základe písomných objednávok, v ktorých bude uvedené množstvo a druh zdravotníckej techniky.
5. Súčasťou dodávky zdravotníckej techniky je aj odovzdanie všetkých dokladov a dokumentov týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy, preukazujúcich pôvod zdravotníckej techniky a jeho riadnu prevádzkyschopnosť. Zároveň predávajúci odovzdá kupujúcemu aj všetky príručky a návody potrebné pre riadnu obsluhu predmetu tejto zmluvy.
6. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v bezchybnom stave a v kvalite I. triedy, bez závad a v dohodnutom termíne a čestne vyhlasuje a zaručuje, že predmet zmluvy je nový, nevystavovaný, nepoužívaný, zodpovedajúci požiadavkám kupujúceho. Predávajúci pri dodávke zdravotníckej techniky zabezpečí aj jeho montáž a odskúšanie. Kupujúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy prevezme a uhradí za neho dohodnutú kúpnu cenu.
7. V prípade, že výroba požadovaného typu zdravotníckej techniky špecifikovaného v prílohe č. 1: Cenová a technická špecifikácia predmetu zmluvy (ďalej len „**príloha č. 1**“) tejto zmluvy bude ukončená, predávajúci je povinný dodať kupujúcemu modifikovanú zdravotnícku techniku rovnakého druhu s rovnakými alebo vyššími parametrami ako je zdravotnícka technika podľa špecifikácie tejto zmluvy a v cene podľa článku II. tejto zmluvy. Táto zmena zdravotníckej techniky bude upravená dodatkom k zmluve bez zmeny ceny zdravotníckej techniky a bude doložená dokladom potvrdzujúcim túto zmenu, pričom kupujúci uvedie názov, model a technické parametre predmetu zmluvy.

Čl. II. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Kúpna cena predmetu zmluvy uvedeného v článku I. zmluvy bola určená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Celková cena zdravotníckej techniky predstavuje sumu 216 557,00 EUR bez DPH (slovom dvestošestnásťtisícpäťstopäťdesiatšesťdesiatosem/00 eur bez DPH), 259 868,40 EUR s DPH (slovom dvestopäťdesiatdeväťtisícosemstošesťdesiatosem/40 eur s DPH). Špecifikáciu ceny obsahuje príloha č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Predávajúci garantuje pevnú cenu predmetu zmluvy počas trvania platnosti a účinnosti zmluvy. Kúpna cena je konečná a nemenná.
3. Kúpna cena je stanovená v euro a zahŕňa cenu bez DPH, daň z pridanej hodnoty, colné sadzby, poistné, dopravu do miesta dodania určeného kupujúcim, inštaláciu, odskúšanie zdravotníckej techniky, zaškolenie a všetky ostatné náklady predávajúceho spojené s dodaním predmetu zmluvy do miesta dodania.
4. Kúpna cena bude uhradená kupujúcim čiastkovými platbami na základe faktúr vyhotovených predávajúcim po dodaní čiastkových plnení podľa jednotlivých objednávok a podpísaní dodacích listov, ktoré budú vyhotovené predávajúcim, v deň odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy v jednotlivých miestach dodania. Súčasťou daňového dokladu budú dodacie listy na dodávku zdravotníckej techniky, potvrdené kupujúcim, ktoré budú obsahovať označenie dodanej zdravotníckej techniky, počty jednotlivých druhov dodanej zdravotníckej techniky, mená

a podpisy odovzdávajúceho a preberajúceho, pečiatku a dátum prevzatia predmetu zmluvy (prípadne môže byť faktúra zároveň aj dodacím listom).

5. Faktúra musí byť vystavená zo strany predávajúceho v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa príslušných právnych predpisov. Súčasťou faktúry musí byť: názov operačného programu, číslo a názov opatrenia, názov Projektu, kód Projektu, číslo a názov zmluvy, číslo faktúry, špecifikácia platby (názov banky predávajúceho vrátane kódu SWIFT, číslo účtu predávajúceho vrátane čísla v tvare IBAN, pečiatka a podpis oprávnenej osoby predávajúceho), dátum doručenia dokladu kupujúcemu (napr. pečiatka podateľne). Výdavky vo faktúre musia byť rozdelené do jednotlivých položiek s uvedenými mernými jednotkami, jednotkovými cenami (zaokrúhlené na 2 desatinné miesta).
6. Splatnosť faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu zo strany predávajúceho za predpokladu, že doručená faktúra bude spĺňať všetky zákonné a zmluvné náležitosti a bude doručená na adresu kupujúceho uvedenú v záhlaví tejto zmluvy v troch vyhotoveniach. Predávajúci berie na vedomie, že projekt je financovaný z prostriedkov EÚ, zo štátneho rozpočtu a z vlastných prostriedkov kupujúceho. Predávajúci berie na vedomie, že uvedené financovanie platieb z prostriedkov EÚ je časovo a administratívne náročné. Predávajúci berie na vedomie aj časovú a administratívnu zložitosť interného procesu fakturácie platieb z rozpočtových prostriedkov kupujúceho. Predávajúci zároveň súhlasí a vyhlasuje, že lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy. Faktúra sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania príslušnej peňažnej sumy na účet predávajúceho.

Čl. III. MIESTO PLNENIA A DODACIE PODMIENKY

1. Miestom plnenia je: Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s., Koreszkova 7, 909 82 Skalica.
2. Predávajúci je povinný zdravotnícku techniku dodať, namontovať a odskúšať po obdržaní písomnej objednávky v dodacej lehote 28 dní od obdržania písomnej objednávky prostredníctvom e-mailu, ktorá obsahuje všetky požadované údaje. Objednávku vyhotoví kupujúci. Kupujúci môže v objednávke stanoviť aj dlhšiu dodaciu lehotu v závislosti od náročnosti dodávky a druhu dodávanej zdravotníckej techniky.
3. Celkové trvanie tejto zmluvy: 3 mesiace odo dňa jej účinnosti.
4. Objednávku je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu aj poštou, lehota dodania zdravotníckej techniky však začína plynúť od jej doručenia na e-mail predávajúceho: elmed@elmed.sk. Objednávka musí obsahovať názov a typové označenie objednávaného predmetu zmluvy, množstvo (počet kusov), presnú adresu miesta dodania, kontaktnú osobu zodpovednú pre danú dodávku s uvedením čísla telefónu a fakturačné údaje. Kupujúci si vyhradzuje právo objednávať dodanie zdravotníckej techniky podľa svojich potrieb kedykoľvek v priebehu platnosti zmluvy.
5. Kupujúci v deň dodania a prevzatia predmetu zmluvy preverí, či je dodaný predmet zmluvy v súlade so zadanou špecifikáciou podľa tejto zmluvy. V prípade, že zistí nesúlad dodaného predmetu zmluvy so zadanou špecifikáciou, resp. zistí jeho poškodenie alebo nefunkčnosť (zjavné vady), má právo odmietnuť prevziať dodaný predmet zmluvy, pričom v tomto prípade sa predávajúci dostáva do omeškania so splnením svojho zmluvného záväzku a je povinný dodať nový predmet tejto zmluvy, splňajúci kritériá podľa tejto zmluvy a príslušných noriem v dodatočnej lehote určenej kupujúcim. V prípade opakovaného dodania predmetu zmluvy, ktorý nezodpovedá uvedenej špecifikácii, predstavuje to podstatné porušenie zmluvy a kupujúci si vyhradzuje právo zdravotnícku techniku neodobrať a odstúpiť od zmluvy.

6. Predmet tejto zmluvy sa považuje za dodaný (resp. záväzok predávajúceho dodať zdravotnícku techniku podľa tejto zmluvy za splnený) dňom prevzatia predmetu objednávky kontaktnou osobou kupujúceho určenou v objednávke, po inštalácii dodanej zdravotnickej techniky, sfunkčnenia, odskúšania a zaškolenia jeho obsluhy.
7. Kontaktná osoba kupujúceho potvrdí prevzatie predmetu objednávky podpisom a odtlačkom pečiatky na preberacom protokole, resp. dodacom liste. Dodací list podpisujú poverení zamestnanci predávajúceho a kupujúceho. Dodací list je podkladom na úhradu faktúry.

Čl. IV.

DOHODA O PRECHODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k zdravotnickej technike prechádza z predávajúceho na kupujúceho po úplnom zaplatení kúpnej ceny za predmet zmluvy podľa jednotlivých písomných objednávok.
2. Kupujúci je oprávnený dňom prevzatia dodanej zdravotnickej techniky od predávajúceho užívať dodanú zdravotnícku techniku v rozsahu a spôsobom obvyklým pre jeho použitie, a to bez časového obmedzenia.
3. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia predmetu zmluvy.

Čl. V.

ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúceму zdravotnícku techniku podľa tejto zmluvy v množstve a akosti podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a spôsobilé na užívanie na dojednaný, inak obvyklý účel. V prípade, ak sa tak nestane, zdravotnícka technika má vady. Predávajúci je povinný poskytovať kupujúceму servis dodanej zdravotnickej techniky počas záručnej doby.
2. Predávajúci zodpovedá za vady a nekompletnosť predmetu zmluvy v plnom rozsahu. Kupujúci je povinný písomne reklamovať viditeľnú, resp. zrejmú vadu predmetu zmluvy do 10 pracovných dní od jej zistenia a u skrytých väd do posledného dňa záručnej doby. Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie postačí uplatniť reklamáciu e-mailom na adresu predávajúceho elmed@elmed.sk.
3. Záručná doba na predmet zmluvy je 24 mesiacov odo dňa prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim, pokiaľ výrobca dodanej zdravotnickej techniky neposkytuje dlhšiu záručnú dobu. Počas záručnej doby bude predávajúci poskytovať kupujúceму bezplatný servis a údržbu dodanej zdravotnickej techniky.
4. V prípade reklamácie je predávajúci povinný odstrániť vady v lehote do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia vady kupujúcim alebo v inej lehote dohodnutej s kupujúcim, pokiaľ sú vady odstrániteľné. Pokiaľ predávajúci nezabezpečí odstránenie vady v stanovenej lehote, alebo pokiaľ sú vady neodstrániteľné, kupujúci má nárok, aby mu predávajúci v tej istej lehote poskytol nové bezvadné a bezodplatné plnenie za dodanú vadnú zdravotnícku techniku alebo na vrátenie ceny, pričom právo voľby medzi jednotlivými nárokmi patrí kupujúcemu. V prípade výmeny vadnej zdravotnickej techniky za novú začína plynúť nová záručná doba podľa bodu 3. tohto článku zmluvy.
5. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené kupujúcim neodbornou manipuláciou alebo nevhodným skladovaním zdravotnickej techniky.
6. Tieto záručné podmienky sú záväzné pre oboch účastníkov zmluvného vzťahu.

7. Predávajúci sa zaväzuje poskytovať kupujúcemu servis dodanej zdravotnickej techniky v záručnej dobe bezplatne.
8. Po uplynutí záručnej doby má kupujúci právo požiadať predávajúceho o vykonanie pozáručného servisu. Cena pozáručného servisu bude stanovená dohodou zmluvných strán.

Čl. VI. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním zdravotnickej techniky v lehote stanovenej v článku III. bod 2. tejto zmluvy, je kupujúci oprávnený uplatniť si u predávajúceho nárok na zmluvnú pokutu za nedodržanie termínu dodávky vo výške 0,05% z ceny včas nedodanej zdravotnickej techniky za každý aj začatý deň omeškania. Nárok kupujúceho na zmluvnú pokutu nevznikne, pokiaľ omeškanie bolo spôsobené jeho nepripravenosťou prevziať dodávku v dohodnutom termíne, resp. jeho žiadosťou o dodanie zdravotnickej techniky v inom termíne a v prípade okolností, ktoré sú charakterizované ako „vyššia moc“. Tým nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v plnej výške spôsobenej omeškaním dodávky.
2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou riadne vyplnenej a doručenej faktúry podľa článku II. bod 6. tejto zmluvy je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať zaplatenie úroku z omeškania v sadzbe ustanovenej príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a nariadenia vlády SR.
3. V prípade, že predávajúci poruší akúkoľvek z povinností upravených v tejto zmluve, má kupujúci voči nemu právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 200,00 EUR za každé porušenie povinnosti. Tým nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v plnej výške spôsobenej kupujúcemu porušením povinností predávajúceho.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zo zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane vo vzťahu k tejto zmluve, zodpovednosť za škody sa bude riadiť a spravovať ustanoveniami tejto zmluvy ako aj podľa ustanovení § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Čl. VII. SPOLUPRÁCA KUPUJÚCEHO A PREDÁVAJÚCEHO

1. Zástupcom kupujúceho pre styk s predávajúcim je Ing. Ivan Medlen, tel.: +421 903 435 641, email: ivanmedlen@nspskalica.sk
2. Zástupcom predávajúceho pre styk s kupujúcim je Ing. Miloš Ladický, tel.: +421 905 355 430, email: elmed@elmed.sk.
3. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne navzájom sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na plnenie ich vzájomných záväzkov podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sa budú bez zbytočného odkladu informovať o akejkoľvek zmene vo vyššie uvedených osobách a ich kontaktných údajoch. Zmena podľa predchádzajúcej vety sa nepovažuje za zmenu zmluvy.
4. Ak má predávajúci v úmysle zadať dodanie predmetu zmluvy alebo jeho časti ďalším čiastkovým predávajúcim (ďalej len „**subdodávateľ**“), a to buď v celom rozsahu alebo čiastočne, môže tak urobiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom kupujúceho, ktorý takýto bez závažného a opodstatneného dôvodu neodoprie.



5. V prílohe č. 2 tejto zmluvy sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch predávajúceho, ktorí sú známi v čase uzatvorenia tejto zmluvy, a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
6. Predávajúci je povinný kupujúcemu oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov, uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy, a to bezodkladne.
7. V prípade zmeny subdodávateľa je predávajúci povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zmeny subdodávateľa predložiť kupujúcemu informácie o novom subdodávateľovi podľa bodu 5. tohto článku zmluvy a o predmete subdodávok, pričom pri výbere subdodávateľa musí predávajúci postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.
8. Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby mal splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora vo vzťahu k subdodávateľom predávajúceho v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Predávajúci zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.

Čl. VIII. ZÁNIK ZMLUVY

1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti druhou stranou, alebo keď sa pre druhú zmluvnú stranu stalo plnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným alebo v ďalších prípadoch uvedených v tejto zmluve. Odstúpenie od zmluvy odstupujúca strana oznámi druhej strane bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedela.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy sa bude považovať také porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, ktoré spĺňa podmienky § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka a/alebo ktoré je ako podstatné porušenie povinností uvedené v tejto zmluve.
3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď kupujúci nezaplatí odsúhlasené faktúry do 30 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
4. Za podstatné porušenie tejto zmluvy predávajúcim sa považuje najmä, nie však výhradne, nedodanie predmetu zmluvy riadne, včas a v kvalite v zmysle dohodnutých podmienok a jeho neodovzdanie kupujúcemu v dohodnutej lehote ako aj neodstránenie väd predmetu zmluvy za podmienok uvedených v tejto zmluve.
5. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany preukázateľne vynaložené náklady, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc.
6. Odstúpením od zmluvy sa táto zmluva neruší od samého začiatku, ale táto zmluva zaniká ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, budú plnenia zmluvy začaté v čase zrušenia zmluvy riadne ukončené a náklady s tým spojené budú v plnej výške uhradené.

7. Zmluvu je možné ukončiť i vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán podpísanou oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Čl. IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva nadobudne účinnosť až dňom schválenia tejto nadlimitnej zákazky v rámci kontroly príslušným kontrolným orgánom, t.j. dňom doručenia správy z kontroly verejného obstarávania prijímateľovi/kupujúcemu, čo je zároveň aj podmienkou jej účinnosti. Ak príslušný kontrolný orgán zákazku neschváli, táto zmluva nenadobudne účinnosť a predávajúcemu nevzniká žiadny nárok voči kupujúcemu na náhradu akejkoľvek škody a/alebo uplatnenie sankcie voči kupujúcemu.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:
Príloha č. 1: Cenová a technická špecifikácia predmetu zmluvy
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov
3. Vzťahy zmluvných strán v tejto zmluve výslovne neupravené sa primerane spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR. Nevykonateľnosť niektorého ustanovenia zmluvy nemá vplyv na vykonateľnosť ostatných ustanovení.
4. Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v rámci plnenia tejto zmluvy, a ktoré kupujúci alebo predávajúci označí pri ich poskytnutí za dôverné (ďalej len „dôverné informácie“). Zmluvné strany zabezpečia ochranu dôverných informácií pred tretími osobami v súlade s § 17 a § 271 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať povinnosti vyplývajúce im z tohto bodu aj po zániku tejto zmluvy. Táto povinnosť sa neuplatní vo vzťahu k informáciám, ktoré sa po ich sprístupnení stanú verejne známymi bez porušenia tejto zmluvy.
5. Všetky ďalšie zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť očíslované, vyjadrené formou písomného dodatku a musia byť datované, opečiatkované a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Takto podpísané dodatky sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
6. Ustanovenia týkajúce sa záruky, zodpovednostných a sankčných nárokov oboch strán zostávajú v platnosti i po ukončení účinnosti tejto zmluvy, a to až do doby ich vysporiadania.
7. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodaním predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej kupujúcim ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetnej zdravotníckej techniky, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o príspevku z EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti predávajúceho je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje kupujúceho od zmluvy odstúpiť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,



- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditov,
- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov,
- Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.


- Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Kupujúci obdrží tri rovnopisy a predávajúci obdrží dva rovnopisy.
- Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek spory vzniknuté z plnenia tejto zmluvy budú riešiť prednostne formou vzájomnej dohody. K riešeniu sporu súdnou cestou prístupia zmluvné strany až po vyčerpaní možnosti riešiť spor vzájomnou dohodou. Pri riešení sporov sa zmluvné strany budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojim podpisom.
- Pisomnosti si budú zmluvné strany doručovať na adresu sídla uvedenú v tejto zmluve. Zmenu sídla je zmluvná strana povinná bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vrátenia zásielky odosielateľovi po neúspešnom opakovanom doručovaní platí, že písomnosť bola doručená adresátovi dňom vrátenia opakovane doručovanej zásielky odosielateľovi, aj keď sa o tom adresát nezvedel.

V Piešťanoch, dňa 13. 8. 2019

V Skalici, dňa 13. 8. 2019

Za predávajúceho
Ing. Miloš Ladický ELMED

Za kupujúceho
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.



Ing. Miloš Ladický



MUDr. Ivan Uhliarik
predseda predstavenstva



Ing. Ondrej Kadák
podpredseda predstavenstva

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Koreszkova 7, 909 82 SKALICA
IČO: 44444761, DIČ: 2022726926

Príloha č. 1

Cenová a technická špecifikácia predmetu zmluvy

Názov zákazky: Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 1

Identifikácia uchádzača

Obchodné meno:	Ing. Miloš Ladický ELMED
Sídlo:	Jánošíkova 73,921 01 Piešťany
IČO:	30 924 146
Kontaktná osoba: (meno, tel. č. , e-mail)	Miloš Ladický,0905 355 430, elmed@elmed.sk

Pokyny k vyplneniu

Uchádzač vyplní prázdne zelené bunky na každom hárku / liste (Titulný list, Polozka c. 1 - Polozka c. 10). V každej špecifikácii položky uvedie, či danú podmienku spĺňa vložением textu "áno" alebo "nie" a uvedie presnú hodnotu, ak je to pre daný parameter relevantné. Do stĺpca „Preukázanie splnenia podmienky / parametra“ uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ overiť splnenie podmienok / parametrov, napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu). Zároveň tieto dokumenty zahrnie do predkladanej súťažnej ponuky. Dokumenty je potrebné predložiť v origináli od výrobcu a v prípade cudzieho jazyka aj úradne preložené do slovenského jazyka resp. českého jazyka. Vyplnené všetky hárky (Titulný list, Polozka c. 1 - Polozka c. 10) je potrebné vytlačiť, podpísať a následne vyhotoviť sken všetkých podpísaných hárkov, ktorý bude súčasťou ponuky.

p.č.	Názov položky	Ponúkaný model (Výrobca a typ)	m.j.	Množstvo	Jedn. cena bez DPH (EUR)	Spolu bez DPH (EUR)
1	lokálne svietidlo vyšetrovacie, stropné, LED	Trilux	kus	5,00	2 800,00	14 000,00
		Aurinio L50 SD				
2	Operačná lampa	Merivaara	kus	2,00	18 750,25	37 500,50
		Q-Flow 6/4				
3	operačné svietidlo dvojrámenné + rameno s náhľadovým monitorom	Merivaara	kus	2,00	31 297,72	62 595,44
		Q-Flow 6/4				
4	operačné svietidlo jednorámenné	Merivaara	kus	1,00	12 747,69	12 747,69
		Q-Flow 6				
5	zákrkové svietidlo jednorámenné	Trilux	kus	2,00	3 012,90	6 025,80
		Aurinio L50 SD				
6	podstavná umývačka kombinovaná 6 DIN	SMEG SPA	kus	1,00	12 837,85	12 837,85
		MAT LD90_1				
7	Parný sterilizátor s vlastným vyvíjačom pary	Celltron medical technologies	kus	2,00	18 843,67	37 687,34
		AC 450				
8	Umývačka na operačné instrumentárium	Belimed, Švajčiarsko	kus	1,00	26 137,58	26 137,58
		WD 200				
9	laminárny box	ELMAX Žilina a.s.	kus	1,00	6 845,00	6 845,00
		Ekostar FLOW BH 1300 Basic line				
10	ventilátor odťahu z laminárneho boxu - iba dodanie	DALAP Luftungs systeme	kus	1,00	179,80	179,80
		AP Profi				
Celkom bez DPH (EUR)						216 557,00
DPH 20% (EUR)						43 311,40
Celkom vrátane DPH (EUR)						259 868,40

Osoba oprávnená za uchádzača konať

Meno a priezvisko:

Miloš Ladický

Dátum:

16.5.2019

podpis

p.č.	Názov položky		m.j.	Množstvo	Umiestnenie / Použitie	
	Popis	Podmienky / parametre			kus	Ambulancia klinickej onkológie
1	lokálne svietidlo vyšetrovacie, stropné, LED			5,00		
			áno / nie	Presná hodnota (ak relevantné)	Preukázanie splnenia podmienky / parametra	
	zdroj svetla	LED beztieňové svietidlo	áno	áno	Produktový list Trilux Aurinio L50	
	životnosť LED zdrojov	min. 30 000 hodín	áno	> 40 000hodín	Produktový list Trilux Aurinio L50	
	max. intenzita svietidla	min. 55 000 lx	áno	55 000lx	Produktový list Trilux Aurinio L50	
	farebná teplota svietidla	min. od 4 200 K do 4 800 K	áno	4800K	Produktový list Trilux Aurinio L50	
	index farebnosti Ra	min. 92	áno	95	Produktový list Trilux Aurinio L50	
	index R9	min. 90	áno	96	Produktový list Trilux Aurinio L50	
	hlbka osvetlenia (L1 + L2 + pri 20%)	min. 1 200 mm	áno	1400mm	Produktový list Trilux Aurinio L50	
	priemer osvetleného poľa (D10) pri 1m vzdialenosti	min. 150 mm	áno	160mm	Produktový list Trilux Aurinio L50	
	priemer osvetleného poľa (D50) pri 1m vzdialenosti	min. 80 mm	áno	80 mm	Produktový list Trilux Aurinio L50	
	kontinuálne nastaviteľný minimálny rozsah intenzity osvetlenia alebo minimálne nastavenie v troch krokoch	min. od 50% do 100%	áno	v troch krokoch	Produktový list Trilux Aurinio L50	
	sterilizovateľná rukoväť	min. 2 ks	áno	samosťatné príslušenstvo	Produktový list Trilux Aurinio L50	
	záruka min. 24 mesiacov		áno	áno	Návrh kúpnej zmluvy	
Výroba ponúkaného zariadenia		Trilux				
Typové označenie ponúkaného zariadenia		Aurinio L50 SD				

Osoba oprávnená za uchádzača konať

Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

ELMED - predaj, servis
zdravotníckej techniky
Jánošíkova 73, 921 01 PIEŠŤANY
IČO: 30924146 IČ DPH: SK1020353367
Tel./Fax: 0337741428, 7723446

Miloš Ladický
16.5.2019

Meno a priezvisko:
Dátum:

podpis

pečiatka

p.č.	Názov položky		m.j.	Množstvo	Umiestnenie / Použitie	
	Operačná lampa	Popis			kus	2,00
		Podmienky / parametre	áno / nie	Splnenie podmienky		Preukázanie splnenia podmienky / parametra
	Osvetlenie 1,0 m	hlavné svetlo / satellite min. 160 000 / min. 140 000 lux	áno	160 000 / 140 000	Produktový list Merivaara Q-Flow	
	Index farebnosti (Ra)	min. 95	áno	98	Produktový list Merivaara Q-Flow	
	Index farebnosti červenej (R9)	min. 94	áno	99	Produktový list Merivaara Q-Flow	
	Index farebnosti "farba pokožky" (R13)	min. 93	áno	99	Produktový list Merivaara Q-Flow	
	Min. nastaviteľnosť farieb	od 3 800 K do 4 500 K	áno	3800K do 4500K	Produktový list Merivaara Q-Flow	
	Rozsah nastavenia osvetľovacieho poľa min.	hlavné svetlo / satellite 200 - 280 mm	áno	200-380/200-340	Produktový list Merivaara Q-Flow	
	Endoskopický mód	áno	áno	áno	Produktový list Merivaara Q-Flow	
	Ovládanie všetkých funkcií priamo na rukoväti svetidla	áno	áno	áno	Produktový list Merivaara Q-Flow	
	Ovládanie všetkých funkcií svetidla aj ovládacím panelom	áno	áno	áno	Produktový list Merivaara Q-Flow	
	Integrované ovládanie kamery na ovládacom paneli	áno	áno	áno	Produktový list Merivaara Q-Flow	
	Priprava na bezdrôtovú HD kameru	áno	áno	áno	Produktový list Merivaara Q-Flow	
	Integrované tmenie svetla	v rozsahu 15 - 100%	áno	10-100%	Produktový list Merivaara Q-Flow	
	Priemer hlavy svetla	min. 600 mm	áno	hlavné 700mm	Produktový list Merivaara Q-Flow	
	Bezfarebné svetidlo (bez vytvárania tieňov)	áno	áno	áno	Produktový list Merivaara Q-Flow	

Výrobca ponúkaného zariadenia	Merivaara
Typové označenie ponúkaného zariadenia	Q-Flow 6/4

Osoba oprávnená za uchádzača konať

Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

ELMED - predaj, servis
zdravotníckej techniky
Jánošíkova 73, 921 01 PIEŠŤANY
IČO: 30924146 IČ DPH: SK1020333367
Tel./Fax: 03377 41428, 7723446

Meno a priezvisko: Miloš Ladický
Dátum: 16.5.2019

podpis

pečiatka

p.č.	Názov položky		m.j.	Množstvo	Umiestnenie / Použitie	
	3	operačné svetidlo dvojrámenné + rameno s náhľadovým monitorom			kus	2,00
Popis		Podmienky / parametre	áno / nie	Splnenie podmienky		Preukázanie splnenia podmienky / parametra
Osvetlenie 1,0 m	hlavné svetlo / satelit min. 160 000 / min. 140 000 lx		áno	Presná hodnota (ak relevantné)		
Index farebnosti (Ra)	min. 95		áno	98		Produktový list Merivaara Q-Flow
Index farebnosti černej (R9)	min. 94		áno	99		Produktový list Merivaara Q-Flow
Index farebnosti "farba pokožky" (R13)	min. 93		áno	99		Produktový list Merivaara Q-Flow
Životnosť LED svetelných zdrojov	min. 50 000 hod.		áno	>50000h		Produktový list Merivaara Q-Flow
Min. nastaviteľnosť farieb	od 3 800 K do 4 500 K, nastaviteľná		áno	3800K do 4500K		Produktový list Merivaara Q-Flow
Rozsah nastavenia osvetľovacieho poľa min.	hlavné svetlo / satelit 200 - 280 mm		áno	200-380/200-340		Produktový list Merivaara Q-Flow
Endoskopický mód	áno		áno	áno		Produktový list Merivaara Q-Flow
Ovládanie všetkých funkcií priamo na rukoväti svetidla a aj ovládacím panelom	áno		áno	áno		Produktový list Merivaara Q-Flow
Bezdrôtová HD kamera na hlavnom svetidle	áno		áno	áno		Produktový list Merivaara Q-Flow
Dosah bezdrôtovej kamery (Wifi)	min. 9 m		áno	v rámci operačnej miestnosti		Produktový list Merivaara Q-Flow
Možnosť ovládania kamery diaľkovým ovládačom a aj na ovládacom paneli	áno		áno	áno		Produktový list Merivaara Q-Flow
Synchronizácia nastavenia svetiel - prenos nastavenia z hlavného svetidla na satelitné a naopak	áno		áno	áno		Produktový list Merivaara Q-Flow
Integrované tlmenie svetla	v rozsahu 15 až 100%		áno	10-100%		Produktový list Merivaara Q-Flow
Priemer hlavy svetla	min. 600 mm		áno	hlavné 700mm		Produktový list Merivaara Q-Flow
Beztlieňové svetidlo (bez vytvárania tieňov)	áno		áno	áno		Produktový list Merivaara Q-Flow
Rameno s držiakom pre náhľadový monitor, spolu s náhľadovým monitorom 24"	áno		áno	áno		Produktový list FSN

Výrobca ponúkaného zariadenia	Merivaara
Typové označenie ponúkaného zariadenia	Q-Flow 6/4

Osoba oprávnená za uchádzača konať

Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Meno a priezvisko: Miroš Ladický
 Dátum: 16.5.2019

..... podpis pečiatka

ELMED - predaj, servis
 zdravotníckej techniky
 Jánošíkova 73, 921 01 PÍEŠŤANY
 IČ: 30924146 IČ DPH: SK1020353367
 Tel./Fax: 0337741428, 7723446

p.č.	Názov položky		m.j.	Množstvo	Umiestnenie / Použitie	
	operačné svietidlo jednoramenné	Podmienky / parametre			kus	1,00
	Popis		áno / nie	Presná hodnota (ak relevantné)	Splnenie podmienky	
	Osvetlenie 1,0 m	min. 40 000 až 160 000 lx	áno	160 000 lx	Preukázanie splnenia podmienky / parametra	
	Index farebnosti (Ra)	min. 95	áno	98	Produktový list Merivaara Q-Flow	
	Index farebnosti červenej (R9)	min. 93	áno	99	Produktový list Merivaara Q-Flow	
	Životnosť LED svetelných zdrojov	min. 50 000 hod.	áno	>50 000hodín	Produktový list Merivaara Q-Flow	
	Min. nastaviteľnosť farieb	min. 4 000 K	áno	4500K	Produktový list Merivaara Q-Flow	
	Rozsah nastavenia osvetľovacieho poľa min.	min. 200 mm	áno	200 mm	Produktový list Merivaara Q-Flow	
	Endoskopický mód	áno	áno	áno	Produktový list Merivaara Q-Flow	
	Hĺbka osvetlenia	min. 1 200 mm	áno	1700mm	Produktový list Merivaara Q-Flow	
	Integrované tlmenie svetla	v rozsahu 30 až 100%	áno	10-100%	Produktový list Merivaara Q-Flow	
	Ovládanie všetkých funkcií priamo na rukoväti svietidla	áno	áno	áno	Produktový list Merivaara Q-Flow	
	Priemer hlavy svetla	min. 600 mm	áno	700mm	Produktový list Merivaara Q-Flow	
	Beztieňové svietidlo (bez vytvárania tieňov)	áno	áno	áno	Produktový list Merivaara Q-Flow	

Výrobca ponúkaného zariadenia	Merivaara
Typové označenie ponúkaného zariadenia	Q-Flow 6

Osoba oprávnená za uchádzača konať

Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

ELMED - predaj, servis
zdravotníckej techniky
Jánošíkova 73, 921 01 PIEŠŤANY
IČO: 30924146 IČ DPH: SK1020353367
Tel./Fax: 033/7741428, 7723446

Miloš Ladický
16.5.2019

Meno a priezvisko:
Dátum:

podpis

pečiatka

p.č.	Názov položky		m.j.	Množstvo	Umiestnenie / Použitie	
	Popis	Podmienky / parametre			Gynekologicko – pôrodnicky pavilón III.NP	
5	zátkové svietidlo jednoramenné		kus	2,00	Gynekologicko – pôrodnicky pavilón III.NP	
	zdroj svetla - ukotvenie na strop	LED, beztieňové svietidlo	áno / nie	Presná hodnota (ak relevantné)	Preukázanie splnenia podmienky / parametra	
	životnosť LED zdrojov	min. 30 000 hod.	áno	áno	Produktový list Trilux Aurinio L50	
	max. intenzita svetidla	min. 55 000 lx	áno	> 40 000hodín	Produktový list Trilux Aurinio L50	
	farebná teplota svetidla	min. od 4 200 K - do 4 800 K	áno	55 000lx	Produktový list Trilux Aurinio L50	
	index farebnosti Ra	min. 92	áno	4800K	Produktový list Trilux Aurinio L50	
	index R9	min. 90	áno	95	Produktový list Trilux Aurinio L50	
	hĺbka osvetlenia (L1+L2 pri 20%)	min. 1 200 mm	áno	96	Produktový list Trilux Aurinio L50	
	priemer osvetleného pola (D10) pri 1m vzdialenosti	min. 150 mm	áno	1400mm	Produktový list Trilux Aurinio L50	
	priemer osvetleného pola (D50) pri 1m vzdialenosti	min. 80 mm	áno	160mm	Produktový list Trilux Aurinio L50	
	kontinuálne nastaviteľný minimálny rozsah intenzity osvetlenia alebo minimálne nastavenie v troch krokoch	min. od 50 % do 100%	áno	80 mm	Produktový list Trilux Aurinio L50	
	sterilizovateľná rukoväť	min. 2 kusy	áno	nastavenie v troch krokoch	Produktový list Trilux Aurinio L50	
	záruka min. 24 mesiacov		áno	samosiatne prísušenie	Produktový list Trilux Aurinio L50	
			áno	áno	Návrh kúpnej zmluvy	
Výrobca ponúkaného zariadenia			Trilux			
Typové označenie ponúkaného zariadenia			Aurinio L50 SD			

Osoba oprávnená za uchádzača konať

Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Meno a priezvisko:
Dátum:

Miloš Ladický
16.5.2019

podpis

pečiatka

ELMED - predaj, servis
zdravotníckej techniky
Jánošíkova 73, 921 01 PÍEŠŤANY
IČO: 30924146 IČ DPH: SK1020353367
Tel./Fax: 033774142B, 7723446


p.č.	Názov položky		m.j. kus	Množstvo 1,00	Umiestnenie / Použitie	
	Podmienky / parametre	Popis			Splnenie podmienky	Gynekologicko – pôrodnický pavilón II.NP
6	podstavná umývačka kombinovaná 6 DIN		áno / nie	1,00	Preukázanie splnenia podmienky / parametra	
	Maximálne vonkajšie rozmery : 850 x 900 x 650 mm (výška x šírka x hĺbka) / minimálne vonkajšie rozmery: 780 x 800 x 600 mm	áno	áno	850x900x650mm	Preukázanie splnenia podmienky / parametra	Prod.list MAT LD90_1 str. 3
	Komora: minimálne rozmery 545 x 520 x 515 mm (výška x šírka x hĺbka), maximálne rozmery 580 x 560 x 550 mm (výška x šírka x hĺbka)	áno	áno	545x520x515 mm		Prod.list MAT LD90_1 str. 3
	Dotyková obrazovka - Grafický LCD displej	Grafický LCD displej	áno	Grafický LCD Displej		Prod.list MAT LD90_1 str. 2
	Minimálne 20 pracovných programov štandardných	min. 20	áno	min.20		Prod.list MAT LD90_1 str. 2
	Minimálne 10 programovateľných programov podľa požiadaviek používateľa	min. 10	áno	min.10		Prod.list MAT LD90_1 str. 2
	RS 232 pre tlačiareň, USB - áno	RS232, USB	áno	RS232,USB		Prod.list MAT LD90_1 str. 2
	Sklenené dvere - nerezové dvere AISI-316L alebo ekvivalent	Nerezové AISI-316L	áno	Nerezové AISI-316 L		Prod.list MAT LD90_1 str. 2
	Sušiaci systém	áno	áno	sušiaci systém		Prod.list MAT LD90_1 str. 2
	Zmäkčovač vody	áno	áno	Zmäkčovač vody		Prod.list MAT LD90_1 str. 2
	Temp. až do 93 ° C	minimálne 93° C	áno	minimálne 93° C		Prod.list MAT LD90_1 str. 2
	Dvojité kontrola teploty pomocou dvoch PT1000 snímačov alebo ekvivalent. Štandardný generátor pary.	2x snímač PT1000 alebo funkčný ekvivalent	áno	dvojité kontrola tep. Cez PT 1000		Prod.list MAT LD90_1 str. 2
	Minimálne dvojité filtračný systém	áno	áno	dvojité filtr.-systém		Prod.list MAT LD90_1 str. 2
	Minimálne dva štandardné dávkovače pre kvapaliny - minimálne 2 x dávkovače čerpadlá pre chemikálie	áno	áno	2 x dávkovače pre chemikálie		Prod.list MAT LD90_1 str. 2
	Sklad pre minimálne 3 x 5 litrov. - minimálne 4 x chemické nádrže s objemom 5 litrov	áno	áno	ne 3 x 5 litrov. - minimálne 4 x chemické nádrže		Prod.list MAT LD90_1 str. 2
	Minimálne dva dávkovače	áno	áno	dva dávkovače		Prod.list MAT LD90_1 str. 2
	vzduchový filter F5 (EN 799) - filter HEPA H14	áno	áno	vzduchový a Hepa filter		Prod.list MAT LD90_1 str. 2
	Elektrický ohrev	áno	áno	el. ohrev		Prod.list MAT LD90_1 str. 3
	Klasifikované ako zdravotnícke pomôcky triedy IIb	áno	áno	II.b		Prod.list MAT LD90_1 str. 1
	súlad s normou EN ISO 14971	áno	áno	ISO 14971		Prod.list MAT LD90_1 str. 1
	súlad s normou EN 61010-1	áno	áno	EN 61010-1		Prod.list MAT LD90_1 str. 1
	súlad s normou EN 61010	áno	áno	EN 61010		Prod.list MAT LD90_1 str. 1

súlád s normou EN 61326	áno	áno	EN 61326	Prod.list MAT LD90_1 str.1
Elektronický systém vybavený minimálne 3 mikroprocesormi a minimálne 4 úrovňami hesiel: prevádzkovateľ, vedúci, technický servis a výrobca	áno	áno	3 mikroprocesormi 4 úrovne hesiel	Prod.list MAT LD90_1 str. 2
Obnovovací cyklus v prípade poruchy alebo prerušenia cyklu	áno	áno	obnovovací cyklus	Prod.list MAT LD90_1 str. 2
Možnosť konfigurácie oneskorených a nočných programov	áno	áno	oneskorené a nočné programy	Prod.list MAT LD90_1 str. 2
Výkonný softvér umožňuje nakonfigurovať každý cyklus na jeho automatický a samočinný štart.	áno	áno	výkonný softvér	Prod.list MAT LD90_1 str. 2
Možnosť uložiť do pamäti zariadenia až 100 vykonávaných cyklov	áno	áno	až 100 vykonávaných cyklov	Prod.list MAT LD90_1 str. 2
Umyvacia komora so zaoblenými rohmi zaručuje optimálny tok premývanej vody.	áno	áno	Umyvacia komora so zaob. hranami	Prod.list MAT LD90_1 str. 2
Komory a dvere z nehrdzavejúcej ocele AISI 316L, antacid chróm nikel molybdén, ktorý odoláva vysokým teplotám a agresívnym chemickým látkam	áno	áno	Materiál z nehrdzavejúcej ocele AISI 316 L	Prod.list MAT LD90_1 str. 2
Vyhrievanie pomocou minimálne 3 separátnych ohrievačov s vlastným spínačom. Minimálne dva s výkonom minimálne 2180W každý a jeden s výkonom minimálne 1960W	áno	áno	3 sep.ohrievače-2180W/1960W	Prod.list MAT LD90_1 str. 2
Integrovaný zmäčkovač vody s regeneračným senzormi soli. Alarm pre doplnenie soli.	áno	áno	integrovaný zmäčkovač so senzormi soli	Prod.list MAT LD90_1 str. 2
Systém sušenia teplým vzduchom vybavený:	áno	áno	sušenie teplým vzduchom	Prod.list MAT LD90_1 str. 2
Predfilter triedy C s úrovňou rozdelenia 97% DOP (100 hodín)	áno	áno	predfilter triedy C	Prod.list MAT LD90_1 str. 2
1 absolútny filter HEPA triedy S s úrovňou rozdelenia 99,999% DOP (500 hodín)	áno	áno	absolútny filter HEPA triedy S	Prod.list MAT LD90_1 str. 2

Výrobca ponúkaného zariadenia	SMEG SPA
Typové označenie ponúkaného zariadenia	MAT LD90_1

Osoba oprávnená za uchádzača konať

Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.



Meno a priezvisko: Miloš Ladický
Dátum: 16.5.2019

.....
podpis



.....
pečiatka

p.č.	Názov položky		m.j.	Množstvo	Umiestnenie / Použitie	
	Popis	Podmienky / parametre			Gynekologicko – pôrodnícky pavilón II. a III. NP	
7	Parný sterilizátor s vlastným vyvíjačom pary		kus	2,00	Splnenie podmienky	
			áno / nie		Presná hodnota (ak relevantné)	Preukázanie splnenia podmienky / parametra
	Objem komory minimálne	min. 75 l	áno		min. 75 l	Prod.list AC 450 str.1
	Tvar komory, valcový, minimálne 2 police, rám	áno	áno		Valcový, minimálne 2 police,rám	Prod.list AC 450 str.1
	Automaticky uzatvárateľné dvere	áno	áno		Automaticky uzatvárateľné dvere	Prod.list AC 450 str.1
	Nerezový podstavec	áno	áno		Nerezový podstavec	Prod.list AC 450 str.1
	Sterilizáčna teplota	v minimálnom rozsahu 121°C a 134°C	áno		v minimálnom rozsahu 121 a 134 C	Prod.list AC 450 str.2,4,6
	Samostatný vyvíjač mimo komory	áno	áno		Samostatný vyvíjač mimo komory	Prod.list AC 450 str.2
	Predohrev tepelným plášťom	áno	áno		Predohrev tepelným plášťom	Prod.list AC 450 str.6
	Zabudovaná tlačiareň	áno	áno		Zabudovaná tlačiareň	Prod.list AC 450 str.3
	RS 232 C	áno	áno		RS 232	Prod.list AC 450 str.3
	Vákuový test, Bowie Dick test alebo funkčný ekvivalent	áno	áno		Vákuový test,Bowie Dick test	Prod.list AC 450 str.4
	Online IT monitorovací a archivačný systém	áno	áno		Online IT monitoring a archív	Prod.list AC 450 str.3
	Úpravovňa vody zabudovaná v nerezovom podstavci	áno	áno		Zabudov. úpravo. vody v nerez.podstavci	Prod.list AC 450 str.3
	Rozmery prístroja: minimálne 625 x 740 x 965 mm a maximálne 640 x 760 x 980 mm	áno	áno		630 x 750x 970 mm	Prod.list AC 450 str.5
	programy	minimálne 7 programov	áno		minimálne 7 programov	Prod.list AC 450 str.4
	rozmery komory: minimálne 390 x 665 mm a maximálne 410 x 675 mm	áno	áno		400 x 670 mm	Prod.list AC 450 str.5
	hmotnosť	maximálne 162 kg	áno		max. 162 kg	Prod.list AC 450 str.5

Výrobca ponúkaného zariadenia	Cellitron medical technologies
Typové označenie ponúkaného zariadenia	AC 450

Osoba oprávnená za uchádzača konať

Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.



Miloš Ladický
16.5.2019

Meno a priezvisko:
Dátum:

podpis

pečiatka

p.č.	Názov položky		m.j.	Množstvo		Umiestnenie / Použitie	
	8	Umyváčka na operačné inštrumentárium		kus	1,00	Centrálna sterilizácia	
Popis		Podmienky / parametre	áno / nie	Splnenie podmienky		Preukázanie splnenia podmienky / parametra	
	Voľne stojaci umývací a dezinfekčný automat s veľkosťou komory pre 10 - 12 zásobníkov	áno	áno	Veľký stojaci a des. Automat 10-12 zás.		prod.list WD 200 str.1	
	Prevedenie	Dvojdvorové	áno	Dvojdvorové		prod.list WD 200 str.1	
	Splňajúci požiadavky	EN 15883-1,2	áno	EN 15883-1,2		prod.list WD 200 str.1	
	Presklenené dvere s bezpečnostným sklom	áno	áno	Presklenené s bez. sklom		prod.list WD 200 str.1	
	Otváranie dverí vyklápaním dopredu, výjazd umývacieho koša na dvere	áno	áno	otváranie dverí vyklápaním dopredu+ výjazd		prod.list WD 200 str.2	
	Osvetlenie umývacej komory	minimálne 2 LED lampami	áno	minimálne 2 lampami		prod.list WD 200 str.3	
	Samonosná nerezová konštrukcia, teplotne izolované opláštenie	áno	áno	Samonos. Nerez + tepl.izolácia		prod.list WD 200 str.3	
	Komora umývačky z leštenej nerezovej ocele	áno	áno	komora z leš. nerez		prod.list WD 200 str.2	
	Mikroprocesorové riadenie	s displejom v SJ alebo ČJ a automatickou diagnostikou	áno	Mikroprocesor s ČJ		prod.list WD 200 str.2,3,4	
	Zobrazovanie chybových hlásení na displeji, akustická a optická signalizácia	áno	áno	zobrazovanie chýb na displeji		prod.list WD 200 str.2,3,4	
	Prednastavené programy: minimálne 12 prednastavených programov voliteľných priamo z klávesnice	áno	áno	min. 12 predn. programov		prod.list WD 200 str.2,3,4	
	Automatické blokovanie dverí po spustení programu	áno	áno	Automat. blokovanie dverí		prod.list WD 200 str.2,3,4	
	Termická alebo chemická dezinfekcia, podľa času alebo parametra A0	áno	áno	ermická alebo chem. dezinfekcia podľa času a A0		prod.list WD 200 str.3	
	Elektronicky riadené dávkovanie umývacích a dezinfekčných prostriedkov	áno	áno	el. riad. dáv. umýv. a des. programov		prod.list WD 200 str.3,4	
	Príprava pre dávkovanie detergentov, vr. elektronických prietokomerov a hladinomerov	áno	áno	dáv. deter., vr. el. prietok. a hladinomerov		prod.list WD 200 str.3	
	Priestor pre uloženie kanistrov, minimálne 2 kanistrov s detergentami a minimálne 10 litrov v kanistroch vo vnútri prístroja	áno	áno	2 kanistre/min. 10 litrov vo vnútri príst.		prod.list WD 200 str.3	
	Výkonné sušenie, minimálne 3,5 kW	áno	áno	minimálne 3,5 kW		prod.list WD 200 str.3	
	HEPA filter sušiaceho vzduchu s elektronickou kontrolou funkčnosti.	áno	áno	HEPA filter		prod.list WD 200 str.4	
	Napájanie 3x400 V / 50 Hz	áno	áno	3x400V/50 Hz		prod.list WD 200 str.6,7	
	Výstup pre on-line monitoring, pripojenie prístroja k centrálnemu SW spoločne so sterilizátorom	áno	áno	online SW +pripojenie k centr. SW steriliz.		prod.list WD 200 str.3,4	
	Kôš pre umývanie chirurgických nástrojov	áno	áno	Kôš pre chirurgiu		prod.list WD 200 str.1	

zásobníky	10 - 12 DIN	áno	10-12 DIN	prod.list WD 200 str.1
Koš na umývanie laparoskopického inštrumentária	áno	áno	Koš pre laparoskopiu	prod.list WD 200 str.1
Vstavaná tlačiareň	áno	áno	vstavaná tlačiareň	prod.list WD 200 str.4

Výrobca ponúkaného zariadenia	Belimed, Švajčiarsko
Typové označenie ponúkaného zariadenia	WD 200

Osoba oprávnená za uchádzača konať

Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Meno a priezvisko:

Dátum:

Miloš Ladický

16.5.2019

podpis

pečiatka

ELMED - predaj, servis
zdravotníckej techniky
Jánošíkova 73, 921 01 PIEŠŤANY
IČO: 30924146 IČ DPH: SK1020353367
Tel./Fax: 0337741428, 7723446

p.č.	Názov položky		m.j.	Množstvo	Umiestnenie / Použitie	
	laminárny box	Popis			Podmienky / parametre	Podmienky / parametre
9	laminárny box		kus	1,00		
			áno / nie		Splnenie podmienky	
			áno		Presná hodnota (ak relevantné)	Preukázanie splnenia podmienky / parametra
	bezpečnostný box II. triedy B2 v prevedení BIOHAZARD	najvyššia miera ochrany spracovávaného produktu aj obsluhy boxu v rámci II. triedy	áno		box II. triedy B 2	prod.list Ekostar 1300 str.1
	trieda čistoty A SI.1 EU Guide - GMP	STN EN ISO 146 44-1	áno		EN STN ISO 146 44-1	prod.list Ekostar 1300 str.1
	class 5	áno	áno		class 5	prod.list Ekostar 1300 str.2
	vonkajší rozmer boxu (š x v x h)	maximálne 1300x1990x770+110* (*výška s nadstavcom na prepojenie potrubia 2100mm)	áno		max 1300x1990x770+110* (*výška 2100mm)	prod.list Ekostar 1300 str.2
	rozmer pracovného priestoru (š x v x h)	minimálne 1240x560x600 mm	áno		minimálne 1240x560x600mm	prod.list Ekostar 1300 str.2
	box uložený na podstavci výškovo nastaviteľný	áno	áno		podstavec výškovo nastaviteľný	prod.list Ekostar 1300 str.2
	100% odťah bez miešania vzduchových okruhov	áno	áno		100% odťah bez miešania	prod.list Ekostar 1300 str.2
	riadiaci panel	na vrchnom kryte boxu	áno		riadiaci panel	prod.list Ekostar 1300 str.2
	manuálne ovládanie zariadenia	samostatnými vypínačmi (pre filtráciu, odsávanie, UV žiariv a osvetlenie v prac. priestore)	áno		manuálne ovládanie	prod.list Ekostar 1300str.2
	3 prevádzkové módy	BIOHAZARD / FLOW BOX / DIGESTOR	áno		3 prev. módy	prod.list Ekostar 1300 str.2
	vysúvateľné bezpečnostné sklo s vymedzením pracovného priestoru a záražkou	áno	áno		vys. bez sklo s vymedz.prac.priestoru	prod.list Ekostar 1300 str.2
	akustická a vizuálna indikácia zanesenia filtrov, prípadne poruchy zariadenia	áno	áno		akus. a viz.indikácia zan.filtrov	prod.list Ekostar 1300 str.2
	vrchný ventilátor	na nasávanie vzduchu z vonkajšieho priestoru na prírod prefiltrovaného, asepticky čistého vzduchu do pracovného priestoru boxu	áno		vrchný ventilátor	prod.list Ekostar 1300 str.2
	spodný ventilátor	na odsávanie kontaminovaného vzduchu z pracovného priestoru boxu a na vytvorenie vzduchovej olony	áno		spodný ventilátor	prod.list Ekostar 1300 str.2
	stabilná prednastavená rýchlosť prúdenia	v minimálnom rozsahu 0,35 - 0,45 m/s	áno		v minimálnom rozsahu 0,35-0,45 m/s	prod.list Ekostar 1300 str.2
	pred filter	trieda G4 na vstupe	áno		pred filter	prod.list Ekostar 1300 str.2
	ULPA filter	trieda U15 s účinnosťou 99,9995% pre častice 0,3µm na vstupe	áno		ULPA filter	prod.list Ekostar 1300 str.2
	ULPA filter	trieda U15 s účinnosťou 99,9995% pre častice 0,3µm na výstupe	áno		ULPA filter	prod.list Ekostar 1300 str.2
	chemický uhlíkový filter	na výstupe pre zvýšenie účinnosti chemickej filtrácie	áno		chemický uhlíkový filter	prod.list Ekostar 1300 str.2

predpríprava pre napojenie nadstavca pre odvod znečisteného vzduchu von z miestnosti	áno	áno	predpríprava pre napojenie pre odvod	prod. list str. Ekostar 1300 str.2
osvetlenie pracovného priestoru - LED s imitáciou neutrálne biele	áno	samosiatnym vypínačom	osvetlenie LED	prod. list Ekostar 1300 str.2
UV germicidný žiarivč minimálne 30W ovládaný samostatným vypínačom	áno	áno	germicidný žiarivč min.30W	prod. list Ekostar 1300 str.2
el. dvojjzásuvka, 2x jednozásuvka po stranách v pracovnom priestore, 1x jednozásuvka pod pracovnou doskou alebo ekvivalentné riešenie	áno	áno	el.dvojjzásuvka + 2x jednoz.+1xjednoz.	prod. list Ekostar 1300 str.2
pracovná plocha	áno	v sede	prac.plocha v sede	prod. list Ekostar 1300 str.2
prevádzková hlučnosť	áno	do 58 dB	do 58 dB	prod. list Ekostar 1300 str.2
povrchová úprava zdravotne nezávadnou práškovou farbou v odtieni RAL 9003 / 5010 s minimalizovaním rizika kontaminácie	áno	áno	Ral 9003/5010	prod. list Ekostar 1300 str.2
nerozová laminarizujúca mriežka	áno	áno	neroz.mriežka	prod. list Ekostar 1300 str.2
pracovná doska v nerezovom prevedení, odnímateľná	áno	áno	pracov.doska nerez	prod. list Ekostar 1300 str.2
prídavný uložený priestor pod pracovnou plochou	áno	áno	uložený priestor	prod. list Ekostar 1300 str.2
predpríprava na prívod plynu na zadnej stene pracovného priestoru	áno	áno	predpríprava pre napojenie plynu	prod. list Ekostar 1300 str.2
predpríprava na prívod vody na zadnej stene pracovného priestoru	áno	áno	predpríprava pre napojenie vody	prod. list Ekostar 1300 str.2
záruka	áno	24 mesiacov	24 mesiacov	KZ
požárny servis	áno	min. 10 rokov od skončenia záruky	10 rokov	KZ
vstupná validácia	áno	vyhlásenie o zhode, návod na obsluhu, záručný list, protokol o vykonanej validácii, východzia revíziarna správa	Vyhĺasenie o zhode,návod naobsluhu,validácia	KZ
Krytie živých častí	áno	min. IP 40	min. IP 40	prod. list Ekostar 1300 str.2
Bezpečnostná trieda prístroja	áno	1	1	prod. list Ekostar 1300 str.2
Hmotnosť	áno	maximálne 250 kg	maximálne 250 kg	prod. list Ekostar 1300 str.2

Výrobca ponúkaného zariadenia	ELMAX Žilina a.s.
Typové označenie ponúkaného zariadenia	Ekostar FLOW BH 1300 Basic line

Osoba oprávnená za uchádzača konať


Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Meno a priezvisko: [REDACTED]

Dátum: 16.5.2019

Miloš Ladický

pečiatka



p.č.	Názov položky		m.j.	Množstvo	Umiestnenie / Použitie	
	Popis	Podmienky / parametre			Ambulancie klinickej onkológie	
10	ventilátor odťahu z laminárneho boxu - iba dodanie		kus	1,00		
			áno / nie	Splnenie podmienky		
príkon	240 V / max. 150 W		áno	Presná hodnota (ak relevantné)	Preukázanie splnenia podmienky / parametra	
veľkosť	príemer podľa stavby		áno	240 V/ max. 150 W	produkt. list str 8.	
				príemer podľa stavby	produkt. list str 8.	

Výrobca ponúkaného zariadenia	DALAP Luftungs systeme
Typové označenie ponúkaného zariadenia	AP Profi

Osoba oprávnená za uchádzača konať

Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Meno a priezvisko:
Dátum:

Miloš Ladický
16.5.2019

podpis

pečiatka

ELMED - predaj, servis
zdravotnickej techniky
Jánošíkova 73, 921 01 PIEŠŤANY
IČO: 30924146 IČ DPH: SK1020353367
Tel./Fax: 0337741428, 7723446

Zoznam subdodávateľov

Predávajúci v rámci plnenia Kúpnej zmluvy na dodávku zdravotníckej techniky a služieb s tým spojených č. 133/2019 plánuje využiť nasledujúcich subdodávateľov:

P.č.	Obchodné meno, sídlo subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	IČO	Predmet subdodávky	% podiel na zákazke
1.	R A D I X spol. s r.o. Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica, SK	Martin Renčo konateľ Čerešňová 22 974 05 Banská Bystrica nar. [REDACTED]	00 615 803	Svietidlá, Položka č. 1 - 5.	61,35
2.	INTERTEC s.r.o. CSA 6 974 01 Banská Bystrica	Ing. Vladimír Kolárik konateľ Na Ihrisko 102 974 05 Banská Bystrica nar. [REDACTED]	00 692 972	Podstavná umývačka kombinovaná 6 DIN, Položka č. 6	5,93
3.	Scherex, s.r.o. Na úvrati 52 821 04 Bratislava	Pavel Filouš konateľ Řadová 3 623 00 Brno, CZ nar. [REDACTED]	35 961 261	Parný sterilizátor, umývačka na operačné inštrumenty, Položka č. 7 - 8	29,48
4.	ELMAX ŽILINA, a.s. Dlhá 85 010 09 Žilina - Bytčica	Jozef Štalmach predseda predstavenstva Bláhová 458/24 010 04 Žilina nar. [REDACTED]	36 401 676	Laminárny box Položka č. 9	3,16
5.	DALAP s. r. o. Osadná 2 831 03 Bratislava	Patrik Buček konateľ Palkovičova 245/15 821 08 Bratislava nar. [REDACTED]	46 655 131	Ventilátor odťahu z lam. boxu Položka č. 10	0,08